



Instytut Farmaceutyczny
Ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

Warszawa, 08.03.2016

Nr sprawy: ADZP 240 -10/16

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego dnia 07.03.2016, w postępowaniu pn.:

„KWALIFIKACJA APARATURY ADZP 240-10/16”

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udzielamy następującej odpowiedzi.

Zapytanie do części VIII

Chciałbym zapytać o część VIII dot. przeglądu komory laminarnej w SIWZ KWALIFIKACJA APARATURY ADZP 240-10/16.

Chciałbym uzyskać kilka informacji o komorze: Jaki jest typ tej komory, producent, nr seryjny, rok produkcji. Ponadto czy pracuje przy materiale zakaźnym?

Odpowiedź do części VIII

typ komory – KLVS – 1X

producent – POLON Poznań

nr seryjny – 119.2004

rok produkcji – 2004

pracuje przy substancjach czynnych API, pochodne witamin D.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Termin składania ofert: 11.03.2016, godz. 11:30

Termin otwarcia ofert: 11.03.2016, godz. 12:00

Z poważaniem,

INSTYTUT FARMACEUTYCZNY
Dział Zamówień Publicznych

M. Troć
Magdalena Troć