



Instytut Farmaceutyczny
Ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

Warszawa, 08.03.2017

Nr sprawy: NDZP 240 -23/17

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego dnia 06.03.2017
w postępowaniu pn.:

„Kwalifikacja aparatury NDZP 240-23/17”

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udzielamy następującej odpowiedzi.

Pytanie

Uprzejmie proszę o przedstawienie/udostępnienie konfiguracji aparatów Shimadzu, które podlegają kwalifikacji:

- chromatograf Shimadzu HPLC 30 (System 7)
- chromatograf Shimadzu HPLC 20 (System 5)

Odpowiedź

Aparaty do kwalifikacji

Nazwa aparatu	Elementy składowe	Oprogramowanie
HPLC LC-20 Prominence UV-VIS (System 5)	Pompa – LC-20AD Piec – CTO-10AS VP Autosampler – SIL-20AC HT Detektor – SPD-20A Kontroler – CBM-20A Degazer – DGU-20A ₅	LCSolution 1.25
UPLC LC-30 Nexera PDA (System 7)	Pompa – LC-30AD Piec – CTO-20AC Autosampler – SIL-30AC Detektor – SPD-M20A Kontroler – CBM-20A Degazer – DGU-20A _{5R}	LabSolutions 5.42 SP3

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Zamawiający nie zmienił SIWZ.

Z poważaniem,

INSTYTUT FARMACEUTYCZNY
Dział Zamówień Publicznych

Małgorzata Radziejowska