

Instytut Farmaceutyczny
Ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

Warszawa, 12.02.2016

Nr sprawy: ADZP 240 -2/16

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego dnia 12.02.2016, w postępowaniu pn.:

„DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO ADZP 240 – 2 /16”

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udzielamy następującej odpowiedzi.

Zapytanie do części V

Proszę o podanie parametrów kolumn DB-5 z części V zapytania.

Odpowiedź do części V

Zamawiający wymienił wszystkie istotne parametry dla zamawianych kolumn. Szczegółowe opisy znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ.)

5	Kolumna DB-5	Kolumna kapilarna GC dedykowana do pracy z detektorem FID; wymiary: długość 60m, średnica wewnętrzna 0,32mm, grubość filmu 0,25µm; Faza kolumny identyczna z: (5%-fenylo)metylopolisiloksan, niepolarna; Zakres temperaturowy identyczny z: -60°C do 325°C izoterma/350°C gradient
6	Kolumna DB-5	Kolumna kapilarna GC dedykowana do pracy z detektorem FID; wymiary: długość 30m, średnica wewnętrzna 0,32mm, grubość filmu 0,25µm; Faza kolumny identyczna z: (5%-fenylo)metylopolisiloksan, niepolarna; Zakres temperaturowy identyczny z: -60°C do 325°C izoterma/350°C gradient

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Zamawiający nie zmienił terminu składania ofert.

Termin składania ofert: 16.02.2016, godz. 11:30

Termin otwarcia ofert: 16.02.2016, godz. 12:00

Z poważaniem,

INSTYTUT FARMACEUTYCZNY
Dział Zamówień Publicznych



Magdalena Troć