



Instytut Farmaceutyczny
Ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa



Instytut
Farmaceutyczny



Warszawa, 30.01.2017

Nr sprawy: ADZP 240 -2/17

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego dnia 27.01.2017
w postępowaniu pn.:

„DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO ADZP 240 – 2 /17- II TURA”

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udzielamy następującej odpowiedzi.

Zapytanie dotyczy Części II

1. Poz. 15, 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zakres pipetora do 200 ml?
2. Poz. 21-25 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielacze stożkowe wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3?
3. Poz. 22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Rozdzielacze stożkowe o poj. 25 ml ze szklanym korkiem na szlif a nie plastikowym?

Odpowiedzi :

1. Zamawiający wyraża zgodę na zakres pipetora do 200 ml (poz. 15,16)
2. Preferujemy szkło Duran w przypadku rozdzielaczy z Poz. 21, 23-25. W tym przypadku większe znaczenie ma dla nas rodzaj szkła, niż brak skali na rozdzielaczu. W przypadku małych rozdzielaczy tj. 25 mL (Poz. 22) akceptujemy szkło borokrzemianowe 3.3.
3. Zamawiający wyraża zgodę na Rozdzielacze stożkowe o poj. 25 ml ze szklanym korkiem na szlif.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Zamawiający nie zmienił terminu składania ofert.

Termin składania ofert: 01.02.2017, godz. 11:30

Termin otwarcia ofert: 01.02.2017, godz. 12:00

Z poważaniem,
INSTYTUT FARMACEUTYCZNY
Dział Zamówień Publicznych

M. Troć
Magdalena Troć