

Instytut Farmaceutyczny  
Ul. Rydygiera 8  
01-793 Warszawa

Warszawa, 10.04.2017

Nr sprawy: NDZP 240 -32/17

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego dnia 07.04.2017  
w postępowaniu pn.:

**„ZESTAW DO SYNTEZY RÓWNOLEGŁEJ NDZP 240 - 32/17 ”**

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udzielamy następującej  
odpowiedzi.

**1. Dotyczy § 3 ust. 15 pkt b) Projektu umowy (Załącznik Nr 5 do SIWZ).**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę, określonego w § 3 ust. 15 pkt b) Projektu umowy, terminu naprawy którego przekroczenie uzasadnia wymianę sprzętu na nowy w ten sposób, iż będzie on liczony w dniach roboczych, a nie kalendarzowych (14 dni roboczych)?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o uwzględnienie, iż czas naprawy z reguły liczony jest w dniach roboczych. Spowoduje to jego nieznaczne przedłużenie, ale da gwarancję iż np. w okresie świątecznym Wykonawca będzie mógł w sposób efektywny wykorzystać wyznaczony termin naprawy.

**2. Dotyczy § 3 ust. 15 zdanie ostatnie Projektu umowy (Załącznik Nr 5 do SIWZ).**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści ostatniego zdania zapisu § 3 ust. 15 pkt Projektu umowy na następującą:  
„Wymiana sprzętu na nowy nastąpi w przeciągu 10 dni licząc od dnia zgłoszenia czwartej awarii lub ostatniego dnia terminu naprawy, po którym Wykonawca jest zobowiązany do wymiany sprzętu”.

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o uwzględnienie w zapisach umowy terminu wymiany, który umożliwi mu należyte wywiązanie się z tego obowiązku bez konieczności narażania się na zapłatę kar umownych. Ponadto prosimy o wskazanie, iż termin wymiany w przypadku przekroczenia terminu naprawy będzie liczony od momentu upływu terminu na dokonanie naprawy, a nie od dnia zgłoszenia awarii. Wskazanie terminu liczonego od dnia zgłoszenia awarii sugerowałoby, iż Wykonawca ma z góry, bez diagnozy sprzętu, przewidzieć jakiego rodzaju jest wada sprzętu i czy uda się ją w odpowiednim terminie usunąć.

**Odpowiedź:**

1. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę określonego w § 3 ust. 15 pkt b) Projektu umowy.
2. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści ostatniego zdania zapisu § 3 ust. 15 pkt Projektu umowy.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Zamawiający nie zmienił terminu składania ofert.

**Termin składania ofert: 12.04.2017, godz. 11:30**

**Termin otwarcia ofert: 12.04.2017, godz. 12:00**

Z poważaniem,  
INSTYTUT FARMACEUTYCZNY  
Dział Zamówień Publicznych  
*M. Troć*  
Magdalena Troć