

Instytut Farmaceutyczny
Ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

Warszawa, 25.02.2016

Nr sprawy: ADZP 240 -7/16

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego dnia 25.02.2016
w postępowaniu pn.:

„DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO ADZP 240 – 7/16 II TURA”

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udzielamy
następującej odpowiedzi.

Pytanie do części I

Zwracam się z ogromną prośbą czy zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w poz. 49-51 i
odporność termiczna pojemników może mieścić się w zakresie od -20 do +95 °C??

Odpowiedź do części I

Zamawiający wymaga aby odporność termiczna pojemników mieściła się w zakresie od -40 do +95 °C

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania
ofert.

Zamawiający nie zmienił terminu składania ofert.

Termin składania ofert: 01.03.2016, godz. 11:30

Termin otwarcia ofert: 01.03.2016, godz. 12:00

Z poważaniem,
INSTYTUT FARMACEUTYCZNY
Dział Zamówień Publicznych

M. Troć
Magdalena Troć