

Instytut Farmaceutyczny
Ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

Warszawa, 26.02.2016

Nr sprawy: ADZP 240 -7/16

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego dnia 26.02.2016
w postępowaniu pn.:

„DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO ADZP 240 – 7 /16 II TURA”

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udzielamy następującej odpowiedzi.

Pytanie nr 1 - do części V

1. Zgodnie z zasadą prawidłowego pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych, a określoną przez właściwe przepisy, że urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach powinny być umieszczane w odpowiednich miejscach i na odpowiedniej wysokości pomieszczenia, prosimy o informacje w jakim miejscu Zamawiający planuje umieścić rejestratory skoro rejestrator nie może być powieszony na ścianie by prawidłowo mierzył warunki środowiskowe?

Odpowiedź do części V

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy informuję, że rejestrator będzie postawiony na stole laboratoryjnym pośrodku pomieszczenia.

Pytanie nr 2 - do części V

1. Czy w związku z planowanym usytuowaniem termohigrometru na stole laboratoryjnym, istnieje możliwość przypadkowego zalania przyrządu pomiarowego wodą, roztworami soli, kwasami, zasadami czy innymi substancjami chemicznymi? Jeśli tak, to w jaki sposób zamierzacie Państwo chronić przyrząd przed uszkodzeniem.

Odpowiedź do części V


W odpowiedzi na Pańskie pytanie pragnę poinformować, że czujniki, które zamierzamy zakupić mają służyć do pomiarów warunków otoczenia wagi analitycznej. Z tego względu zależy nam, aby czujnik był umieszczony obok wagi. W tym miejscu nie będą prowadzone żadne prace laboratoryjne (poza ważeniem) a ewentualne odmierzanie cieczy będzie odbywać się za pomocą pipet, więc ryzyko zalania przyrządu będzie niewielkie.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Zamawiający nie zmienił terminu składania ofert.

Termin składania ofert: 01.03.2016, godz. 11:30

Termin otwarcia ofert: 01.03.2016, godz. 12:00

Z poważaniem,
INSTYTUT FARMACEUTYCZNY
Dział Zamówień Publicznych

Magdalena Troć